

Consultatieverslag

Reactie op de ontvangen reacties naar aanleiding van de internetconsultatie inzake de voorgenomen wijziging van de Regeling Gebruik en Installatie EU-meetinstrumenten met betrekking tot warmtemeters

Naar aanleiding van de internetconsultatie over de voorgenomen wijziging van de Regeling Gebruik en Installatie EU-meetinstrumenten met betrekking tot warmtemeters zijn twee reacties ontvangen waarvan één openbaar en één niet openbaar.

De openbare reactie is ontvangen van EnergieNederland. Mede naar aanleiding hiervan heeft overleg plaatsgehad tussen EnergieNederland en het ministerie van Economische Zaken. Aan dit overleg is ook deelgenomen door Verispect, de toezichthouder op grond van de Metrologiewet.

In dit overleg zijn de diverse opmerkingen uit de reactie van EnergieNederland uitvoerig besproken. Onder meer is van de zijde van het ministerie uitgelegd dat wat betreft het bereik van de regeling aansluiting is gezocht bij de doelstelling van de Warmtewet, namelijk de bescherming van kleinverbruikers met een aansluiting tot 100kW. Daaronder vallen ook de verbruikers in collectief beleverde kleinverbruikers in huizenblokken en appartementencomplexen. Dat hiermee de regeling een ruimer bereik heeft dan het huidige bereik van de warmtemeterpool die wordt beheerd door de Vereniging Meetbedrijven Nederland kan aanleiding zijn tot aanpassing van het bereik van de warmtemeterpool. In ieder geval geldt dat samenwerkingsafspraken mogelijk zijn tussen Verispect en de beheerder van de warmtemeterpool met betrekking tot de warmtemeters die vallen onder de warmtemeterpool, ervan uitgaande dat de eisen die worden gehanteerd in de Meetcode Warmte overeenkomen met de eisen van de regeling.

EnergieNederland heeft gewezen op een aantal aspecten die van belang zijn bij de uitvoering en de handhaving.

Naar aanleiding hiervan kan worden opgemerkt dat Verispect in zijn uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets aangeeft dat de handhaafbaarheid van de voorgenomen Regeling ten aanzien van de warmtemeters die onder de warmtemeterpool vallen verzekerd lijkt. Ook Verispect acht wenselijk dat zoveel mogelijk warmtemeters onder de warmtemeterpool worden gebracht.

Ten aanzien van de metrologische controle van grotere warmtemeters geeft Verispect aan dat er mogelijkheden zijn om daarbij terug te vallen op fabrikanten van grotere warmtemeters onder "witnessing". Al met al acht Verispect de voorgenomen regeling uitvoerbaar en handhaafbaar waarbij zij aantekent dat ten aanzien van warmtemeters buiten de warmtemeterpool het een periode van drie tot vijf jaar kan duren alvorens de metrologische betrouwbaarheid van het merendeel ervan is gewaarborgd.

Ten aanzien van de opmerkingen van EnergieNederland over de kosten ten gevolge van deze regeling voor warmteleveranciers zij nog opgemerkt, dat warmteleveranciers niet alleen uit hoofde van een zorgvuldige verhouding met hun afnemers belang hebben bij een correcte meting van afgeleverde warmte. Ook zelf hebben zij belang bij nauwkeurige meters: onnauwkeurig geworden warmtemeters meten in de praktijk vaker de geleverde warmte te laag dan te hoog.